



## Certificado Patrones mosto

Densidad relativa certificada por 5 laboratorios oficiales ENAC.  
El resto de parámetros relacionados mediante tablas de la OIV  
excepto el parámetro °Baumé.

Pack formado por 2 goteros de 10 mL cada uno etiquetados como  
patrón mosto A Lote# 140152 y patrón mosto B Lote# 140153.

Caducidad mostos A y B: 12/2015  
No ingerir.

GAB Sistemática Analítica S.L.  
Sant Jordi, 30. Moja-Olérdola 08734. Bcn [Spain]

Tel. +34 938 171 842 Fax. +34 938 171 436  
www.gabsystem.com gab@gabsystem.com



	<b>Mosto A</b> <b>Lote# 140152</b>	Valor asignado	+/- U	n	Límite de aceptación (2*σ, 95%)	
1	Densidad Relativa	<b>1,0674</b>	0,0010	5	1,0658	- 1,0690
2	Masa Volúmica	<b>1,0655</b>	0,0010	5	1,0639	- 1,0671
3	°Brix	<b>16,24</b>	0,19	5	15,94	- 16,54
4	°Baumé	<b>9,16</b>	0,13	5	8,95	- 9,36
5	AP	<b>8,92</b>	0,14	5	8,70	- 9,14

	<b>Mosto B</b> <b>Lote# 140153</b>	Valor asignado	+/- U	n	Límite de aceptación (2*σ, 95%)	
1	Densidad Relativa	<b>1,0922</b>	0,0010	5	1,0905	- 1,0938
2	Masa Volúmica	<b>1,0902</b>	0,0010	5	1,0886	- 1,0918
3	°Brix	<b>21,89</b>	0,23	5	21,52	- 22,27
4	°Baumé	<b>12,24</b>	0,12	5	12,04	- 12,43
5	AP	<b>12,71</b>	0,16	5	12,45	- 12,97

GAB Sistemática Analítica S.L.  
Sant Jordi, 30. Moja-Olérdola 08734. Bcn [Spain]

Tel. +34 938 171 842 Fax. +34 938 171 436  
www.gabsystem.com gab@gabsystem.com