



Certificado Patrones mosto

Densidad relativa certificada por 5 laboratorios oficiales ENAC.
El resto de parámetros relacionados mediante tablas de la OIV
excepto el parámetro °Baumé* (*valor orientativo).

Pack formado por 2 goteros de 10 mL cada uno etiquetados como
patrón mosto A Lote# 160112 y patrón mosto B Lote# 160113.

Caducidad mostos A y B: 01/2018
No ingerir.

GAB Sistemática Analítica S.L.
Sant Jordi, 30. Moja-Olèrdola 08734. Bcn [Spain]

Tel. +34 938 171 842 Fax. +34 938 171 436
www.gabsystem.com gab@gabsystem.com



	Mosto A Lote# 160112	Valor asignado	+/- U	n	Límite de aceptación (2*σ, 95%)	
1	Densidad Relativa	1,0674	0,0010	5	1,0658	- 1,0690
2	Masa Volúmica	1,0654	0,0010	5	1,0639	- 1,0670
3	°Brix	16,30	0,22	5	15,95	- 16,65
4	°Baumé*	9,15	0,13	5	8,95	- 9,35
5	AP	8,93	0,15	5	8,70	- 9,17

	Mosto B Lote# 160113	Valor asignado	+/- U	n	Límite de aceptación (2*σ, 95%)	
1	Densidad Relativa	1,0922	0,0010	5	1,0906	- 1,0938
2	Masa Volúmica	1,0902	0,0010	5	1,0886	- 1,0918
3	°Brix	21,90	0,22	5	21,55	- 22,25
4	°Baumé*	12,24	0,12	5	12,04	- 12,43
5	AP	12,69	0,15	5	12,46	- 12,93

GAB Sistemática Analítica S.L.
Sant Jordi, 30. Moja-Olèrdola 08734. Bcn [Spain]

Tel. +34 938 171 842 Fax. +34 938 171 436
www.gabsystem.com gab@gabsystem.com