



Certificado Patrones mosto

Parámetros certificados por 5 laboratorios oficiales ENAC + 1 no oficial.

Pack formado por 2 goteros de 10 mL cada uno etiquetados como patrón mosto A Lote# 180119 y patrón mosto B Lote# 180120.

Caducidad mostos A y B: 07/2019
No ingerir.

Sistemas analíticos
www.gabsystem.com

gab@gabsystem.com
Tel +34 938 171 842
Fax +34 938 171 436

Sant Jordi, 30
08734 Moja - Oïèrdola
Barcelona (Spain)



Mosto A Lote #180119	Valor asignado	+/- U	n	Límite de aceptación (2*σ, 95%)	
Densidad Relativa	1,0683	0,0008	6	1,0668	- 1,0698
Masa Volúmica	1,0664	0,0008	6	1,0649	- 1,0678
°Brix	16,32	0,10	6	16,13	- 16,50
AP	8,94	0,07	6	8,82	- 9,07
Ac. Glucónico	190	21	6	149	- 230
NFA	112	4	5	106	- 118

Mosto B Lote #180120	Valor asignado	+/- U	n	Límite de aceptación (2*σ, 95%)	
Densidad Relativa	1,0972	0,0010	6	1,0953	- 1,0991
Masa Volúmica	1,0952	0,0010	6	1,0933	- 1,0971
°Brix	22,81	0,08	6	22,65	- 22,97
AP	13,32	0,06	6	13,20	- 13,43
Ac. Glucónico	338	19	6	302	- 373
NFA	99	4	5	92	- 106

Sistemas analíticos
www.gabsystem.com

gab@gabsystem.com
Tel +34 938 171 842
Fax +34 938 171 436

Sant Jordi, 30
08734 Moja - Oïèrdola
Barcelona (Spain)