



## Certificado Patrones mosto

Parámetros certificados por 4 laboratorios oficiales ENAC + 1 no oficial.

Pack formado por 2 goteros de 10 mL cada uno etiquetados como patrón mosto A Lote# 190097 y patrón mosto B Lote# 190098.

Caducidad mostos A y B: 07/2020  
No ingerir.

Sistemas analíticos  
www.gabsystem.com

[gab@gabsystem.com](mailto:gab@gabsystem.com)  
Tel +34 938 171 842  
Fax +34 938 171 436

Sant Jordi, 30  
08734 Moja - Olerdola  
Barcelona (Spain)



## Certificado Patrones mosto

Parámetros certificados por 4 laboratorios oficiales ENAC + 1 no oficial.

Pack formado por 2 goteros de 10 mL cada uno etiquetados como patrón mosto A Lote# 190097 y patrón mosto B Lote# 190098.

Caducidad mostos A y B: 07/2020  
No ingerir.

Sistemas analíticos  
www.gabsystem.com

[gab@gabsystem.com](mailto:gab@gabsystem.com)  
Tel +34 938 171 842  
Fax +34 938 171 436

Sant Jordi, 30  
08734 Moja - Olerdola  
Barcelona (Spain)



Mosto A Lote #190097	Valor asignado	+/- U	n	Límite de aceptación (2*σ, 95%)	
Densidad Relativa	<b>1,0677</b>	0,0014	5	1,0654	- 1,0699
Masa Volúmica	<b>1,0658</b>	0,0014	5	1,0635	- 1,0680
°Brix	<b>16,35</b>	0,32	5	15,84	- 16,87
AP	<b>8,97</b>	0,21	5	8,63	- 9,30
Ac. Glucónico	<b>204</b>	32	5	152	- 256
NFA	<b>113</b>	12	4	98	- 127

  

Mosto B Lote #190098	Valor asignado	+/- U	n	Límite de aceptación (2*σ, 95%)	
Densidad Relativa	<b>1,0971</b>	0,0018	5	1,0942	- 1,1000
Masa Volúmica	<b>1,0951</b>	0,0018	5	1,0922	- 1,0981
°Brix	<b>22,86</b>	0,07	5	22,75	- 22,98
AP	<b>13,35</b>	0,05	5	13,27	- 13,43
Ac. Glucónico	<b>362</b>	42	5	294	- 430
NFA	<b>99</b>	12	4	84	- 114

Sistemas analíticos  
www.gabsystem.com

[gab@gabsystem.com](mailto:gab@gabsystem.com)  
Tel +34 938 171 842  
Fax +34 938 171 436

Sant Jordi, 30  
08734 Moja - Olerdola  
Barcelona (Spain)



Mosto A Lote #190097	Valor asignado	+/- U	n	Límite de aceptación (2*σ, 95%)	
Densidad Relativa	<b>1,0677</b>	0,0014	5	1,0654	- 1,0699
Masa Volúmica	<b>1,0658</b>	0,0014	5	1,0635	- 1,0680
°Brix	<b>16,35</b>	0,32	5	15,84	- 16,87
AP	<b>8,97</b>	0,21	5	8,63	- 9,30
Ac. Glucónico	<b>204</b>	32	5	152	- 256
NFA	<b>113</b>	12	4	98	- 127

  

Mosto B Lote #190098	Valor asignado	+/- U	n	Límite de aceptación (2*σ, 95%)	
Densidad Relativa	<b>1,0971</b>	0,0018	5	1,0942	- 1,1000
Masa Volúmica	<b>1,0951</b>	0,0018	5	1,0922	- 1,0981
°Brix	<b>22,86</b>	0,07	5	22,75	- 22,98
AP	<b>13,35</b>	0,05	5	13,27	- 13,43
Ac. Glucónico	<b>362</b>	42	5	294	- 430
NFA	<b>99</b>	12	4	84	- 114

Sistemas analíticos  
www.gabsystem.com

[gab@gabsystem.com](mailto:gab@gabsystem.com)  
Tel +34 938 171 842  
Fax +34 938 171 436

Sant Jordi, 30  
08734 Moja - Olerdola  
Barcelona (Spain)