

## Butlletí d'Anàlisi

Només estan emparats per ENAC els paràmetres assenyalats amb (\*) o "Emparat per l'acreditació d'ENAC"

**Client :** GAB SISTEMÀTICA ANALÍTICA**Núm. butlletí :** 153310**Reg. Sortida :** 68806**NIF :** B58504887**Mostra Núm. :** V2402353**Adreça :** Sant Jordi, 30**Data recepció :** 04/04/2024**Població :** 08734 MOJA-OLÉRDOLA (BARCELONA)**Inici anàlisi :** 08/04/2024**Anàlisi finalitzat :** 09/04/2024**Informació subministrada pel client****Identificació :** Vi negre/Vino tinto/Red wine  
VINO PATRON EBULLIOMETRO VINO TINTO LOT 240077**Proforma :** 52687**Descripció de la mostra per part del laboratori :** VI/VINO/WINE

Determinació	Resultat	Mètode
(V) - Grau alcohòlic volumètric adquirit. Emparat per l'acreditació ENAC.	12.98 ±0.12 %vol	PNT-V/R085 Densimetria electr.

El laboratori no es fa responsable de la informació de la mostra aportada pel client. L'anàlisi només dóna fe de la mostra rebuda.

No es pot reproduir aquest butlletí, excepte en la seva totalitat, sense l'aprovació escrita del laboratori

En els paràmetres físic-químics, la incertesa expandida s'ha calculat com a  $U = K \cdot u$  ( $K = 2$ ) i correspon a un nivell de confiança del 95%.Butlletí emès per : (V) - Laboratori de Vilafranca del Penedès  
10 d' abril del 2024

RESPONSABLE(S) TÈCNIC(S):

INCAVI signat digitalment

FINA CAPDEVILA MESTRES