



## Certificado Patron mosto

Parámetros certificados por 4 laboratorios oficiales ENAC + 1 no oficial.

Pack formado por 2 goteros de 10 mL cada uno etiquetados como patrón mosto A Lote# 230102 y patrón mosto B Lote# 230103.

Caducidad mosto: 06/2024  
No ingerir.

Sistemas analíticos  
www.gabsystem.com

gab@gabsystem.com  
Tel +34 938 171 842

Sant Jordi, 30  
08734 Moja - Olerdola  
Barcelona (Spain)



## Certificado Patron mosto

Parámetros certificados por 4 laboratorios oficiales ENAC + 1 no oficial.

Pack formado por 2 goteros de 10 mL cada uno etiquetados como patrón mosto A Lote# 230102 y patrón mosto B Lote# 230103.

Caducidad mosto: 06/2024  
No ingerir.

Sistemas analíticos  
www.gabsystem.com

gab@gabsystem.com  
Tel +34 938 171 842

Sant Jordi, 30  
08734 Moja - Olerdola  
Barcelona (Spain)



Patron mosto -A- Lot# 230102	Valor			Límite de aceptación		
	asignado	+/- U	n	(2*σ, 95%)		
Densidad Relativa	<b>1,0644</b>	0,0023	5	1,0607	-	1,0681
Masa Volúmica	<b>1,0629</b>	0,0019	5	1,0598	-	1,0659
°Brix	<b>15,38</b>	0,14	5	15,16	-	15,60
AP	<b>8,33</b>	0,10	5	8,17	-	8,49
Ac. Glucónico	<b>0,21</b>	0,04	5	0,14	-	0,28
NFA	<b>142</b>	9	4	131	-	153

Patron mosto -B- Lot# 230103	Valor			Límite de aceptación		
	asignado	+/- U	n	(2*σ, 95%)		
Densidad Relativa	<b>1,1035</b>	0,0020	5	1,1002	-	1,1068
Masa Volúmica	<b>1,1015</b>	0,0020	5	1,0982	-	1,1048
°Brix	<b>23,97</b>	0,19	5	23,66	-	24,28
AP	<b>14,13</b>	0,14	5	13,90	-	14,35
Ac. Glucónico	<b>0,36</b>	0,05	5	0,28	-	0,44
NFA	<b>152</b>	10	4	140	-	164

Sistemas analíticos  
www.gabsystem.com

gab@gabsystem.com  
Tel +34 938 171 842

Sant Jordi, 30  
08734 Moja - Olerdola  
Barcelona (Spain)



Patron mosto -A- Lot# 230102	Valor			Límite de aceptación		
	asignado	+/- U	n	(2*σ, 95%)		
Densidad Relativa	<b>1,0644</b>	0,0023	5	1,0607	-	1,0681
Masa Volúmica	<b>1,0629</b>	0,0019	5	1,0598	-	1,0659
°Brix	<b>15,38</b>	0,14	5	15,16	-	15,60
AP	<b>8,33</b>	0,10	5	8,17	-	8,49
Ac. Glucónico	<b>0,21</b>	0,04	5	0,14	-	0,28
NFA	<b>142</b>	9	4	131	-	153

Patron mosto -B- Lot# 230103	Valor			Límite de aceptación		
	asignado	+/- U	n	(2*σ, 95%)		
Densidad Relativa	<b>1,1035</b>	0,0020	5	1,1002	-	1,1068
Masa Volúmica	<b>1,1015</b>	0,0020	5	1,0982	-	1,1048
°Brix	<b>23,97</b>	0,19	5	23,66	-	24,28
AP	<b>14,13</b>	0,14	5	13,90	-	14,35
Ac. Glucónico	<b>0,36</b>	0,05	5	0,28	-	0,44
NFA	<b>152</b>	10	4	140	-	164

Sistemas analíticos  
www.gabsystem.com

gab@gabsystem.com  
Tel +34 938 171 842

Sant Jordi, 30  
08734 Moja - Olerdola  
Barcelona (Spain)



<b>Patron mosto -A- Lot# 230102</b>	Valor asignado	+/- U	n	Límite de aceptación (2*σ, 95%)	
Densidad Relativa	<b>1,0644</b>	0,0023	5	1,0607	- 1,0681
Masa Volúmica	<b>1,0629</b>	0,0019	5	1,0598	- 1,0659
°Brix	<b>15,38</b>	0,14	5	15,16	- 15,60
AP	<b>8,33</b>	0,10	5	8,17	- 8,49
Ac. Glucónico	<b>0,21</b>	0,04	5	0,14	- 0,28
NFA	<b>142</b>	9	4	131	- 153

<b>Patron mosto -B- Lot# 230103</b>	Valor asignado	+/- U	n	Límite de aceptación (2*σ, 95%)	
Densidad Relativa	<b>1,1035</b>	0,0020	5	1,1002	- 1,1068
Masa Volúmica	<b>1,1015</b>	0,0020	5	1,0982	- 1,1048
°Brix	<b>23,97</b>	0,19	5	23,66	- 24,28
AP	<b>14,13</b>	0,14	5	13,90	- 14,35
Ac. Glucónico	<b>0,36</b>	0,05	5	0,28	- 0,44
NFA	<b>152</b>	10	4	140	- 164

Sistemas analíticos  
www.gabsystem.com

[gab@gabsystem.com](mailto:gab@gabsystem.com)  
Tel +34 938 171 842

Sant Jordi, 30  
08734 Moja - Olerdola  
Barcelona (Spain)



<b>Patron mosto -A- Lot# 230102</b>	Valor asignado	+/- U	n	Límite de aceptación (2*σ, 95%)	
Densidad Relativa	<b>1,0644</b>	0,0023	5	1,0607	- 1,0681
Masa Volúmica	<b>1,0629</b>	0,0019	5	1,0598	- 1,0659
°Brix	<b>15,38</b>	0,14	5	15,16	- 15,60
AP	<b>8,33</b>	0,10	5	8,17	- 8,49
Ac. Glucónico	<b>0,21</b>	0,04	5	0,14	- 0,28
NFA	<b>142</b>	9	4	131	- 153

<b>Patron mosto -B- Lot# 230103</b>	Valor asignado	+/- U	n	Límite de aceptación (2*σ, 95%)	
Densidad Relativa	<b>1,1035</b>	0,0020	5	1,1002	- 1,1068
Masa Volúmica	<b>1,1015</b>	0,0020	5	1,0982	- 1,1048
°Brix	<b>23,97</b>	0,19	5	23,66	- 24,28
AP	<b>14,13</b>	0,14	5	13,90	- 14,35
Ac. Glucónico	<b>0,36</b>	0,05	5	0,28	- 0,44
NFA	<b>152</b>	10	4	140	- 164

Sistemas analíticos  
www.gabsystem.com

[gab@gabsystem.com](mailto:gab@gabsystem.com)  
Tel +34 938 171 842

Sant Jordi, 30  
08734 Moja - Olerdola  
Barcelona (Spain)



## Certificado Patron mosto

Parámetros certificados por 4 laboratorios oficiales ENAC + 1 no oficial.

Pack formado por 2 goteros de 10 mL cada uno etiquetados como patrón mosto A Lote# 230102 y patrón mosto B Lote# 230103.

Caducidad mosto: 06/2024

No ingerir.

Sistemas analíticos  
www.gabsystem.com

[gab@gabsystem.com](mailto:gab@gabsystem.com)  
Tel +34 938 171 842

Sant Jordi, 30  
08734 Moja - Olerdola  
Barcelona (Spain)



## Certificado Patron mosto

Parámetros certificados por 4 laboratorios oficiales ENAC + 1 no oficial.

Pack formado por 2 goteros de 10 mL cada uno etiquetados como patrón mosto A Lote# 230102 y patrón mosto B Lote# 230103.

Caducidad mosto: 06/2024

No ingerir.

Sistemas analíticos  
www.gabsystem.com

[gab@gabsystem.com](mailto:gab@gabsystem.com)  
Tel +34 938 171 842

Sant Jordi, 30  
08734 Moja - Olerdola  
Barcelona (Spain)