



Certificado Patrón mosto

Parámetros certificados por 4 laboratorios oficiales ENAC + 1 no oficial.

Pack formado por 2 goteros de 10 mL cada uno etiquetados como patrón mosto A Lote #240096 y patrón mosto B Lote #240097.

Caducidad mosto: 06/2025
No ingerir.

Sistemas analíticos
www.gabsystem.com

gab@gabsystem.com
Tel +34 938 171 842

Sant Jordi, 30
08734 Moja - Olerdola
Barcelona (Spain)



Certificado Patrón mosto

Parámetros certificados por 4 laboratorios oficiales ENAC + 1 no oficial.

Pack formado por 2 goteros de 10 mL cada uno etiquetados como patrón mosto A Lote #240096 y patrón mosto B Lote #240097.

Caducidad mosto: 06/2025
No ingerir.

Sistemas analíticos
www.gabsystem.com

gab@gabsystem.com
Tel +34 938 171 842

Sant Jordi, 30
08734 Moja - Olerdola
Barcelona (Spain)



Patrón mosto -A- Lot # 240096	Valor			Límite de aceptación	
	asignado	+/- U	n	(2*σ, 95%)	
Densidad Relativa	1,0763	0,0017	5	1,0743	- 1,0783
Masa Volúmica	1,0744	0,0013	5	1,0724	- 1,0764
°Brix	18.33	0.16	5	18.07	- 18.59
AP	10.26	0.10	5	10.10	- 10.43
Ac. Glucónico	0.18	0.03	5	0.13	- 0.23
NFA	174	31	4	135	- 213

Patrón mosto -B- Lot # 240097	Valor			Límite de aceptación	
	asignado	+/- U	n	(2*σ, 95%)	
Densidad Relativa	1,0999	0,0009	5	1,0984	- 1,1013
Masa Volúmica	1,0979	0,0009	5	1,0964	- 1,0993
°Brix	23.39	0.55	5	22.49	- 24.28
AP	13.84	0.08	5	13.71	- 13.97
Ac. Glucónico	0.17	0.03	5	0.12	- 0.23
NFA	80	23	4	51	- 109

Sistemas analíticos
www.gabsystem.com

gab@gabsystem.com
Tel +34 938 171 842

Sant Jordi, 30
08734 Moja - Olerdola
Barcelona (Spain)



Patrón mosto -A- Lot # 240096	Valor			Límite de aceptación	
	asignado	+/- U	n	(2*σ, 95%)	
Densidad Relativa	1,0763	0,0017	5	1,0743	- 1,0783
Masa Volúmica	1,0744	0,0013	5	1,0724	- 1,0764
°Brix	18.33	0.16	5	18.07	- 18.59
AP	10.26	0.10	5	10.10	- 10.43
Ac. Glucónico	0.18	0.03	5	0.13	- 0.23
NFA	174	31	4	135	- 213

Patrón mosto -B- Lot # 240097	Valor			Límite de aceptación	
	asignado	+/- U	n	(2*σ, 95%)	
Densidad Relativa	1,0999	0,0009	5	1,0984	- 1,1013
Masa Volúmica	1,0979	0,0009	5	1,0964	- 1,0993
°Brix	23.39	0.55	5	22.49	- 24.28
AP	13.84	0.08	5	13.71	- 13.97
Ac. Glucónico	0.17	0.03	5	0.12	- 0.23
NFA	80	23	4	51	- 109

Sistemas analíticos
www.gabsystem.com

gab@gabsystem.com
Tel +34 938 171 842

Sant Jordi, 30
08734 Moja - Olerdola
Barcelona (Spain)



Patrón mosto -A- Lot # 240096	Valor			Límite de aceptación		
	asignado	+/- U	n	(2*σ, 95%)		
Densidad Relativa	1,0763	0,0017	5	1,0743	-	1,0783
Masa Volúmica	1,0744	0.0013	5	1,0724	-	1,0764
°Brix	18.33	0.16	5	18.07	-	18.59
AP	10.26	0.10	5	10.10	-	10.43
Ac. Glucónico	0.18	0.03	5	0.13	-	0.23
NFA	174	31	4	135	-	213

Patrón mosto -B- Lot # 240097	Valor			Límite de aceptación		
	asignado	+/- U	n	(2*σ, 95%)		
Densidad Relativa	1,0999	0,0009	5	1,0984	-	1,1013
Masa Volúmica	1,0979	0,0009	5	1,0964	-	1,0993
°Brix	23.39	0.55	5	22.49	-	24.28
AP	13.84	0.08	5	13.71	-	13.97
Ac. Glucónico	0.17	0.03	5	0.12	-	0.23
NFA	80	23	4	51	-	109

Sistemas analíticos
www.gabsystem.com

gab@gabsystem.com
Tel +34 938 171 842

Sant Jordi, 30
08734 Moja - Olerdola
Barcelona (Spain)



Patrón mosto -A- Lot # 240096	Valor			Límite de aceptación		
	asignado	+/- U	n	(2*σ, 95%)		
Densidad Relativa	1,0763	0,0017	5	1,0743	-	1,0783
Masa Volúmica	1,0744	0.0013	5	1,0724	-	1,0764
°Brix	18.33	0.16	5	18.07	-	18.59
AP	10.26	0.10	5	10.10	-	10.43
Ac. Glucónico	0.18	0.03	5	0.13	-	0.23
NFA	174	31	4	135	-	213

Patrón mosto -B- Lot # 240097	Valor			Límite de aceptación		
	asignado	+/- U	n	(2*σ, 95%)		
Densidad Relativa	1,0999	0,0009	5	1,0984	-	1,1013
Masa Volúmica	1,0979	0,0009	5	1,0964	-	1,0993
°Brix	23.39	0.55	5	22.49	-	24.28
AP	13.84	0.08	5	13.71	-	13.97
Ac. Glucónico	0.17	0.03	5	0.12	-	0.23
NFA	80	23	4	51	-	109

Sistemas analíticos
www.gabsystem.com

gab@gabsystem.com
Tel +34 938 171 842

Sant Jordi, 30
08734 Moja - Olerdola
Barcelona (Spain)



Certificado Patrón mosto

Parámetros certificados por 4 laboratorios oficiales ENAC + 1 no oficial.

Pack formado por 2 goteros de 10 mL cada uno etiquetados como patrón mosto A Lote #240096 y patrón mosto B Lote #240097.

Caducidad mosto: 06/2025
No ingerir.

Sistemas analíticos
www.gabsystem.com

gab@gabsystem.com
Tel +34 938 171 842

Sant Jordi, 30
08734 Moja - Olerdola
Barcelona (Spain)



Certificado Patrón mosto

Parámetros certificados por 4 laboratorios oficiales ENAC + 1 no oficial.

Pack formado por 2 goteros de 10 mL cada uno etiquetados como patrón mosto A Lote #240096 y patrón mosto B Lote #240097.

Caducidad mosto: 06/2025
No ingerir.

Sistemas analíticos
www.gabsystem.com

gab@gabsystem.com
Tel +34 938 171 842

Sant Jordi, 30
08734 Moja - Olerdola
Barcelona (Spain)