



Certificado Patrones mosto

Parámetros certificados por 4 laboratorios oficiales ENAC + 1 no oficial.

Pack formado por 2 goteros de 10 mL cada uno etiquetados como patrón mosto A Lote# 220078 y patrón mosto B Lote# 220079.

Caducidad mostos A y B: 06/2023
No ingerir.

Sistemas analíticos
www.gabsystem.com

gab@gabsystem.com
Tel +34 938 171 842

Sant Jordi, 30
08734 Moja - Olerdola
Barcelona (Spain)



Certificado Patrones mosto

Parámetros certificados por 4 laboratorios oficiales ENAC + 1 no oficial.

Pack formado por 2 goteros de 10 mL cada uno etiquetados como patrón mosto A Lote# 220078 y patrón mosto B Lote# 220079.

Caducidad mostos A y B: 06/2023
No ingerir.

Sistemas analíticos
www.gabsystem.com

gab@gabsystem.com
Tel +34 938 171 842

Sant Jordi, 30
08734 Moja - Olerdola
Barcelona (Spain)



Patron mosto -A- Lot# 220078	Valor			Límite de aceptación	
	asignado	+/- U	n	(2*σ, 95%)	
Densidad Relativa	1,0641	0,0012	5	1,0621	- 1,0661
Masa Volúmica	1,0624	0,0010	5	1,0608	- 1,0639
°Brix	15,52	0,18	5	15,22	- 15,82
AP	8,43	0,13	5	8,22	- 8,63
Ac. Glucónico	0,17	0,04	5	0,12	- 0,23
NFA	137	13	4	121	- 153

Patron mosto -B- Lot# 220079	Valor			Límite de aceptación	
	asignado	+/- U	n	(2*σ, 95%)	
Densidad Relativa	1,0893	0,0012	5	1,0873	- 1,0913
Masa Volúmica	1,0876	0,0008	5	1,0863	- 1,0889
°Brix	21,24	0,14	5	21,02	- 21,47
AP	12,23	0,07	5	12,11	- 12,35
Ac. Glucónico	0,28	0,04	5	0,21	- 0,34
NFA	93	14	4	76	- 110

Sistemas analíticos
www.gabsystem.com

gab@gabsystem.com
Tel +34 938 171 842

Sant Jordi, 30
08734 Moja - Olerdola
Barcelona (Spain)



Patron mosto -A- Lot# 220078	Valor			Límite de aceptación	
	asignado	+/- U	n	(2*σ, 95%)	
Densidad Relativa	1,0641	0,0012	5	1,0621	- 1,0661
Masa Volúmica	1,0624	0,0010	5	1,0608	- 1,0639
°Brix	15,52	0,18	5	15,22	- 15,82
AP	8,43	0,13	5	8,22	- 8,63
Ac. Glucónico	0,17	0,04	5	0,12	- 0,23
NFA	137	13	4	121	- 153

Patron mosto -B- Lot# 220079	Valor			Límite de aceptación	
	asignado	+/- U	n	(2*σ, 95%)	
Densidad Relativa	1,0893	0,0012	5	1,0873	- 1,0913
Masa Volúmica	1,0876	0,0008	5	1,0863	- 1,0889
°Brix	21,24	0,14	5	21,02	- 21,47
AP	12,23	0,07	5	12,11	- 12,35
Ac. Glucónico	0,28	0,04	5	0,21	- 0,34
NFA	93	14	4	76	- 110

Sistemas analíticos
www.gabsystem.com

gab@gabsystem.com
Tel +34 938 171 842

Sant Jordi, 30
08734 Moja - Olerdola
Barcelona (Spain)



Patron mosto -A- Lot# 220078	Valor asignado	+/- U	n	Límite de aceptación (2*σ, 95%)	
Densidad Relativa	1,0641	0,0012	5	1,0621	- 1,0661
Masa Volúmica	1,0624	0,0010	5	1,0608	- 1,0639
°Brix	15,52	0,18	5	15,22	- 15,82
AP	8,43	0,13	5	8,22	- 8,63
Ac. Glucónico	0,17	0,04	5	0,12	- 0,23
NFA	137	13	4	121	- 153

Patron mosto -B- Lot# 220079	Valor asignado	+/- U	n	Límite de aceptación (2*σ, 95%)	
Densidad Relativa	1,0893	0,0012	5	1,0873	- 1,0913
Masa Volúmica	1,0876	0,0008	5	1,0863	- 1,0889
°Brix	21,24	0,14	5	21,02	- 21,47
AP	12,23	0,07	5	12,11	- 12,35
Ac. Glucónico	0,28	0,04	5	0,21	- 0,34
NFA	93	14	4	76	- 110

Sistemas analíticos
www.gabsystem.com

gab@gabsystem.com
Tel +34 938 171 842

Sant Jordi, 30
08734 Moja - Olerdola
Barcelona (Spain)



Patron mosto -A- Lot# 220078	Valor asignado	+/- U	n	Límite de aceptación (2*σ, 95%)	
Densidad Relativa	1,0641	0,0012	5	1,0621	- 1,0661
Masa Volúmica	1,0624	0,0010	5	1,0608	- 1,0639
°Brix	15,52	0,18	5	15,22	- 15,82
AP	8,43	0,13	5	8,22	- 8,63
Ac. Glucónico	0,17	0,04	5	0,12	- 0,23
NFA	137	13	4	121	- 153

Patron mosto -B- Lot# 220079	Valor asignado	+/- U	n	Límite de aceptación (2*σ, 95%)	
Densidad Relativa	1,0893	0,0012	5	1,0873	- 1,0913
Masa Volúmica	1,0876	0,0008	5	1,0863	- 1,0889
°Brix	21,24	0,14	5	21,02	- 21,47
AP	12,23	0,07	5	12,11	- 12,35
Ac. Glucónico	0,28	0,04	5	0,21	- 0,34
NFA	93	14	4	76	- 110

Sistemas analíticos
www.gabsystem.com

gab@gabsystem.com
Tel +34 938 171 842

Sant Jordi, 30
08734 Moja - Olerdola
Barcelona (Spain)



Certificado Patrones mosto

Parámetros certificados por 4 laboratorios oficiales ENAC + 1 no oficial.

Pack formado por 2 goteros de 10 mL cada uno etiquetados como patrón mosto A Lote# 220078 y patrón mosto B Lote# 220079.

Caducidad mostos A y B: 06/2023
No ingerir.

Sistemas analíticos
www.gabsystem.com

gab@gabsystem.com
Tel +34 938 171 842

Sant Jordi, 30
08734 Moja - Olerdola
Barcelona (Spain)



Certificado Patrones mosto

Parámetros certificados por 4 laboratorios oficiales ENAC + 1 no oficial.

Pack formado por 2 goteros de 10 mL cada uno etiquetados como patrón mosto A Lote# 220078 y patrón mosto B Lote# 220079.

Caducidad mostos A y B: 06/2023
No ingerir.

Sistemas analíticos
www.gabsystem.com

gab@gabsystem.com
Tel +34 938 171 842

Sant Jordi, 30
08734 Moja - Olerdola
Barcelona (Spain)